

Índice de Desviación de Biometría Hemática Ciclo04-2012 Programa EEXCEL

MEDIA	13.31	38.46	7,829.5	4,600,909	29.41	33.80	85.12	274,974		
DS	3.31	11.71	2,912.5	1,158,820	4.49	8.38	20.82	97,561		
CV	24.89	30.44	37.20	25.19	15.26	24.79	24.46	35.48		
Criterio	B±7%	B±6%	B±15%	B±6%	B±6%	B±6%	B±6%	B±25%		
Valor ±	0.93	2.31	1174.4	276055	1.76	2.03	5.11	68744		
LABORAT	HB	HTO	LUECOS	ERIS	HGM	CMHG	VGM	PLAQ	PROMED. IC	PROCESÓ
E-007	0.84	1.09	0.26	1.48	0.73	0.30	0.65	0.22	0.70	Automatizado
E-010	0.10	0.36	2.50	0.72	0.80	0.10	0.61	0.03	0.65	Automatizado
E-011	0.53	1.58	0.49	0.29	2.50	2.50	0.95	0.61	1.18	Automatizado
E-013	0.44	2.50	0.11	1.09	0.28	2.50	1.57	0.17	1.08	Automatizado
E-014	0.98	0.20	0.15	1.52	0.11	0.59	1.13	0.28	0.62	Automatizado
E-017	0.31	0.10	0.03	0.00	0.01	0.64	0.32	0.22	0.20	Automatizado
E-018	0.42	1.27	0.28	1.08	0.86	0.39	0.10	0.77	0.65	Automatizado
E-027	2.50	1.53	0.06	0.04	2.50	1.03	1.27	0.17	1.14	Automatizado
E-028	0.10	0.36	0.32	0.07	0.23	0.15	0.00	0.16	0.17	Automatizado
E-033	1.49	1.19	0.03	0.98	2.50	2.50	0.55	0.22	1.18	Automatizado
E-035	0.33	0.19	0.15	2.50	0.46	0.15	0.02	0.25	0.51	Automatizado
E-038	0.98	1.89	0.23	1.09	0.18	1.23	0.96	2.50	1.13	Automatizado
E-039	0.01	0.67	0.23	0.11	0.18	0.30	0.50	2.50	0.56	Automatizado
E-040	0.01	0.63	0.20	0.37	0.35	0.89	0.81	0.22	0.43	Automatizado
E-043	0.20	0.07	0.06	1.02	1.02	0.69	0.70	0.41	0.52	Automatizado
E-044	1.39	1.92	0.23	0.40	0.85	0.10	1.19	0.29	0.80	Automatizado
E-045	0.31	0.15	0.06	0.29	0.34	0.59	0.15	0.33	0.28	Automatizado
E-046	0.96	1.19	0.28	0.00	0.79	0.30	0.88	0.44	0.60	Automatizado
E-048	0.96	0.06	0.15	1.12	0.29	1.48	1.20	2.50	0.97	Automatizado
E-049	0.96	0.41	0.06	1.48	0.63	1.03	1.26	2.50	1.04	Automatizado
E-050	0.44	0.20	0.20	0.36	1.09	0.10	0.81	0.20	0.42	Automatizado
E-051	0.42	0.15	0.06	0.37	0.62	0.79	0.19	0.03	0.33	Automatizado
E-059	0.31	0.23	0.20	0.00	0.06	0.54	0.20	0.38	0.24	Automatizado
E-063	0.12	0.03	0.62	0.37	0.06	0.30	0.00	0.49	0.25	Automatizado
E-064	0.44	1.11	0.28	0.00	0.57	1.38	2.50	0.35	0.83	Automatizado
E-065	2.50	1.53	2.50	1.08	2.50	2.50	0.13	0.00	1.59	Automatizado
E-070	0.53	1.48	0.15	0.72	0.06	0.10	0.61	0.04	0.46	Automatizado
E-073	0.53	0.93	2.50	0.36	0.11	0.05	0.45	0.06	0.62	Automatizado
E-077	2.50	2.50	2.50	2.50	0.05	0.25	0.19	0.23	1.34	Automatizado
E-079	2.50	1.50	0.49	2.50	0.91	1.63	0.76	0.80	1.39	Automatizado
E-080	0.53	0.07	0.32	0.66	0.90	0.59	0.37	0.15	0.45	Automatizado
E-081	0.10	1.53	0.37	0.08	0.16	0.94	2.50	0.23	0.74	Automatizado
E-083	0.63	0.46	0.62	0.36	0.22	1.67	0.94	0.73	0.71	Automatizado
E-087	1.28	0.55	0.45	0.36	0.90	0.15	1.00	2.50	0.90	Automatizado
E-097	0.53	1.19	0.06	0.37	0.85	2.50	0.98	0.71	0.90	Automatizado
E-108	0.01	1.80	0.28	0.47	0.16	2.50	1.59	0.23	0.88	Automatizado
E-111	0.20	1.67	0.11	0.00	0.12	2.50	2.50	0.36	0.93	Automatizado
E-116	0.01	0.62	0.06	0.36	0.74	0.25	0.16	0.64	0.36	Automatizado
E-117	0.96	2.50	2.50	1.45	0.63	0.84	0.64	0.09	1.20	Automatizado
E-118	0.85	0.97	0.15	0.36	0.16	0.34	0.15	0.51	0.44	Automatizado
E-119	2.50	2.50	2.50	1.45	0.51	0.49	0.39	0.06	1.30	Automatizado
E-130	0.96	1.40	0.40	0.47	0.28	0.10	0.79	0.26	0.58	Automatizado
E-132	0.01	1.80	0.28	0.47	0.16	2.50	1.59	0.23	0.88	Automatizado

Índice de Desviación de Biometría Hemática Ciclo04-2012 Programa EEXCEL

MEDIA	13.31	38.46	7,829.5	4,600,909	29.41	33.80	85.12	274,974		
DS	3.31	11.71	2,912.5	1,158,820	4.49	8.38	20.82	97,561		
CV	24.89	30.44	37.20	25.19	15.26	24.79	24.46	35.48		
Criterio	B±7%	B±6%	B±15%	B±6%	B±6%	B±6%	B±6%	B±25%		
Valor ±	0.93	2.31	1174.4	276055	1.76	2.03	5.11	68744		
LABORAT	HB	HTO	LUCOS	ERIS	HGM	CMHG	VGM	PLAQ	PROMED. IC	PROCESÓ
E-003	0.37	1.53		0.07	0.05	0.64	1.15		0.63	Manual
E-009	0.33	1.06		2.50	2.50	1.13	2.50	0.36	1.48	Manual
E-020	1.95	1.06		1.81		0.94	0.41		1.23	Manual
E-021	1.95	1.06		1.81	0.78	0.92	0.52	2.50	1.36	Manual
E-029	0.01	0.67		1.09	2.50	1.87	2.50		1.44	Manual
E-058	2.48	1.06		2.50		1.87	2.50		2.08	manual
E-060	1.95	1.50		2.50	0.34	0.39	2.50		1.53	Manual
E-066	2.27	2.50		2.50	0.51	0.25	1.11		1.52	Manual
E-072	2.05	1.76		2.50	0.34	0.34	1.05		1.34	Manual
E-090	2.50	2.50				1.87	0.56		1.86	Manual
E-092	2.50	2.50	2.50			1.87	0.56		1.99	Manual

ID POR

PBA

0.94	1.14	0.59	0.92	0.69	0.97	0.92	0.60	0.85
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Excelentes

0 a 0.5

Buenos

>0.5 a 1.0

Satisfactorio

>1.0 a 2.0

No aceptables

> 2.0